

Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Самарской области

**Предписание № 06-1/ 17 от 06.03.2017г.
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно – эпидемиологический надзор**

При проведении плановой выездной проверки в отношении ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет им. Академика С.П. Королева» (юридический адрес: 443086, Московское шоссе, 34 (ОГРН 1026301168310, ИНН 6316000632) и рассмотрении акта проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя № 04-1/67 от 06.03.2017г. выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

С целью устранения выявленных нарушений, предлагаю выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
	г. Самара, ул. Молодогвардейская, 151 (НИЛ 35)	
1	Ввод в эксплуатацию лазерных изделий 3-4 класса осуществлять в соответствии с требованиями пп. 7.3, 7.4 СП № 5804-91, п. 8.4.2.2. СанПиН 2.2.4.3359-16,	20.11.2017г
2	Все лазеры и лазерные изделия должны иметь маркировку в соответствии с требованиями п. 6.20, прилож. № 4 СП № 5804-91; п. 8.4.1.16 СанПиН 2.2.4.3359-16.	20.11.2017г
3	На все лазерные изделия 3 - 4 класса иметь эксплуатационную документацию (паспорт на лазерное изделие, инструкцию по эксплуатации и технике безопасности и др.), в соответствии с требованиями пп. 8.4.1.2, 8.4.2.3. СанПиН 2.2.4.3359-16..	20.11.2017г
4	На всех рабочих местах персонала, эксплуатирующего лазерные установки 3-4 класса опасности иметь инструкции по технике безопасности для работающих на лазерном изделии, аптечку и инструкцию по оказанию первой помощи пострадавшему в соответствии с требованиями п. 8.4.2.13. СанПиН 2.2.4.3359-16.	20.11.2017г

О выполнении данного предписания проинформировать Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области по адресу: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, 1, кабинет № 304.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством:

- в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», V главы «Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» от 16 июля 2012г. № 764;
- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке в рамках главы 24 АПК РФ.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Юридическое лицо: ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет им. Академика С.П. Королева»

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене
труда и радиационной гигиене

Сорокина Наталья Васильевна

Предписание для исполнения получил « » _____ 2017г.:

руководитель (должностное лицо, уполномоченное
руководителем) юридического лица или
индивидуального предпринимателя

Входящий № 204-925
Дата 06.03.2017
Самарский университет